

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院超声波清洗机采购项目 询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟超声波清洗机一台，预算 9.8 万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院超声波清洗机采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.适用范围：用于对精密手术器械和宫腔内器械的超声清洗。还包括手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等污染性器械的大批量、高洁度的清洗。

★2.规格要求：由于场地受限，设备要求长需 $\leq 840\text{mm}$ ，宽需 $\leq 700\text{mm}$ ，高需 $\leq 840\text{mm}$ ，内胆容积需 $\geq 60\text{L}$ 。

★3.材质要求：外包装及内胆需采用 304 不锈钢，易于清洁擦拭。

4.超声功率要求：需 $\leq 2000\text{W}$ ，加热功率需 $\leq 8000\text{W}$ ，双频或三频可切换。

5.液晶屏中文显示：包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率，当前选择程序名称、过程、状态、参数等诸多信息；具有报警信息显示功能。

★6.清洗槽底部需装有自动排水装置，U 型排水管路含排水泵，排水时间 $\leq 4\text{min}$

7.设备需有自动进酶装置。



8.安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声，
超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出。

9.配备清洗网篮 2 个。

10.电源要求：AC220V。

★11.运行时间：可自由设定选择，清洗温度：30℃～80℃可调。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于 2020 年 5 月 15 日 13:00 前送至大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件 1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）等。

2.报价文件须每页加盖公章并密封。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货到安装、调试完毕并经我方最终验收合格后，供方在 15 个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方在 30 个工作日内以（支票或电汇）方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分

之十为质保金。质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后 30 个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

1.货物质保期：壹年。

2.交货期：收到我方通知之日起个 30 工作日。

3.交货地点：我方指定地点。

4.产品质量：质量标准依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

附件：1.超声波清洗机技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020 年 5 月 11 日

附件 1 :

超声波清洗机技术参数及采购需求响应表

技术参数及采购需求	是否响应
1.适用范围：用于对精密手术器械和官腔内器械的超声清洗。还包括手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等污染性器械的大批量、高洁度的清洗	
★2.规格要求：由于场地受限，设备要求长需≤840mm，宽需≤700mm，高需≤840mm，内胆容积需≥60L。	
★3.材质要求：外包装及内胆需采用 304 不锈钢，易于清洁擦拭。	
4.超声功率要求：需≤2000W，加热功率需≤8000W，双频或三频可切换。	
5.液晶屏中文显示：包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率，当前选择程序名称、过程、状态、参数等诸多信息；具有报警信息显示功能。	
★6.清洗槽底部需装有自动排水装置，U 型排水管路含排水泵，排水时间≤4min	
7.设备需有自动进酶装置	
8.安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声，超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出	
9.配备清洗网篮 2 个	
10.电源要求：AC220V	
11.运行时间：可自由设定选择，清洗温度：30℃～80℃可调	