

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院贴敷式胰岛素泵系统采购项目 询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购贴敷式胰岛素泵系统一套，预算 2.88 万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院贴敷式胰岛素泵系统采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.主要用途：胰岛素泵治疗是糖尿病治疗的主要手段，是内分泌科增加治疗费用等主要方法。

2.技术参数

- (1) 胰岛素浓度 U-100，速效或短效；
- (2) 三餐大剂量输注方式：常规输注/方波输注/双波输注；
- (3) 基础量调节范围：0.025-35U/小时，基础率步长：0.025U/小时；
- (4) 大剂量调节范围：0.025-25U，3 个预设值；
- (5) 大剂量计算器：目前血糖值，目标血糖值，1U 胰岛素所能负荷的碳水化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量，负校正因子；
- (6) 胰岛素自动分配功能：6 段法，24 段法；
- (7) 基础率分段：3 种预设，最多可设置 48 段；
- (8) 临时基础率：U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近



输入值;

(9) 胰岛素泵专用锂电池 $\geq 75\text{mAh}$,可重复充电 ≥ 200 次;

(10) 胰岛素泵控制器无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量;

(11) 胰岛素泵输注误差 $\leq \pm 5\%$;

(12) 自检功能: 双处理器相互检查, 每2秒一次自检;

(13) 防水: 胰岛素泵体 IPX4 防水标准,可防溅水;

(14) 助针器: 有, 无痛进针;

(15) 时间格式: 12/24 小时制;

(16) 报警方式: 音频/震动/灯光/显示;

(17) 安全系统: 最大餐前大剂量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警;

(18) 售后服务: 4 年免费保修,终身维护。厂家与总经销双重服务, 24 小时 800/400 热线电话全真人接听, 全国省级城市售后服务网点直接面对客户;

(19) 历史记录无限 (自备 SD 卡);

(20) 键盘锁定功能: 有, 可防误操作;

(21) 控制器内置血糖测试模块, 可测指尖血糖。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价, 请将报价文件密封后加盖单位公章, 于 2020 年 9 月 3 日 13:00 前送至大连市第五人民医院 (黄河路 890 号) 机关综合楼 (F 座) 307 室 (采购办), 逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封完好。

3.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

5.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

6.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货物质保期壹年。供方应于货物安装、调试完毕并最终验收合格后的15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后的30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付全部合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

附件：贴敷式胰岛素泵系统技术参数及采购需求响应表



附件：

贴敷式胰岛素泵系统技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	胰岛素浓度 U-100, 速效或短效	
2	三餐大剂量输注方式: 常规输注/方波输注/双波输注	
3	基础量调节范围: 0.025-35U/小时, 基础率步长	
4	大剂量调节范围: 0.025-25U, 3 个预设值	
5	大剂量计算器: 目前血糖值, 目标血糖值, 1U 胰岛素所能负荷的碳水化合物, 胰岛素敏感因子, 活性胰岛素, 每餐进食碳水化合物量, 负校正因子	
6	胰岛素自动分配功能: 6 段法, 24 段法	
7	基础率分段: 3 种预设, 最多可设置 48 段	
8	临时基础率: U/小时、%和关闭三种设置方式, 可记忆三组最近输入值	
9	胰岛素泵专用锂电池 $\geq 75\text{mAh}$, 可重复充电 ≥ 200 次	
10	胰岛素泵控制器无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量	
11	胰岛素泵输注误差 $\leq \pm 5\%$	
12	自检功能: 双处理器相互检查, 每 2 秒一次自检	
13	防水: 胰岛素泵体 IPX4 防水标准, 可防溅水	
14	助针器: 有, 无痛进针	
15	时间格式: 12/24 小时制	
16	报警方式: 音频/震动/灯光/显示	
17	安全系统: 最大餐前大剂量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警	
18	售后服务: 4 年免费保修, 终身维护。厂家与总经销双重服务, 24 小时 800/400 热线电话全真人接听, 全国省级城市售后服务网点直接面对客户	
19	历史记录无限 (自备 SD 卡)	
20	键盘锁定功能: 有, 可防误操作	
21	控制器内置血糖测试模块, 可测指尖血糖	

