

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院牙片机工作站采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购牙片机工作站一套，预算 1.4 万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院牙片机工作站采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.用于口腔科 X 线牙片机为患者拍摄牙片图像的存储及打印。

2.打印机技术参数

- (1) 打印方式：直接热敏打印；
- (2) 分辨率：325 dpi；
- (3) 打印尺寸：3×4 英寸；
- (4) 纸张尺寸：纸张宽度为 110mm；
- (5) 打印时间：约 1.9 秒/图像；
- (6) 接口：高速 USB (USB 2.0)(×1)；
- (7) 驱动程序：Windows XP、Vista、Win7、Win10；
- (8) 电源要求：AC 100 V 到 240 V，50/60 Hz；
- (9) 输入电流：1.3 A 至 0.6 A；
- (10) 尺寸（宽×高 ×深）：约 154×88×240 mm；
- (11) 中国 CCC、欧盟指令 (EU)MDD、EMC、LVD

3.打印机配置清单



- (1) 整机：1 台；
- (2) 电源线：1 条；
- (3) USB 数据线：1 条；
- (4) 索尼热敏打印耗材：1 卷；
- (5) 热敏头清洁片：1 张；
- (6) CD-ROM 驱动光盘：1 张；
- (7) 使用说明书：1 份；
- (8) 服务联系人列表：1 份

4.电脑参数及配置

- (1) 处理器： \geq Intel i5；
- (2) 内存： \geq 8G；
- (3) 硬盘： \geq 4T；
- (4) 固态硬盘： \geq 256G；
- (5) 显卡： \geq 2G；
- (6) 显示器： \geq 24 寸 无边框；
- (7) 刻录：DVD 刻录

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于 2020 年 9 月 3 日 13:00 前送至大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封完好。

3.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

5.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

6.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货物质保期壹年。供方应于货物安装、调试完毕并最终验收合格后的15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后的30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付全部合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

- 附件：1. 打印机技术参数及采购需求响应表
2. 打印机配置需求响应表
3. 电脑技术参数及配置需求响应表



附件 1:

打印机技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	打印方式: 直接热敏打印	
2	分辨率: 325 dpi	
3	打印尺寸: 3×4 英寸	
4	纸张尺寸: 纸张宽度为 110mm	
5	打印时间: 约 1.9 秒/图像	
6	接口: 高速 USB (USB 2.0)(×1)	
7	驱动软件: Windows XP、Vista、Win7、Win10	
8	电源要求: AC 100 V 到 240 V, 50/60 Hz	
9	输入电流: 1.3 A 至 0.6 A	
10	尺寸 (宽×高×深): 约 154×88×240 mm	
11	中国 CCC、欧盟指令 (EU)MDD、EMC、LVD	

附件 2:

打印机配置需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	整机: 1 台	
2	电源线: 1 条	
3	USB 数据线: 1 条	
4	索尼热敏打印耗材: 1 卷	
5	热敏头清洁片 : 1 张	
6	CD-ROM 驱动光盘: 1 张	
7	使用说明书: 1 份	
8	服务联系人列表: 1 份	

附件 3:

电脑技术参数及配置需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	处理器: \geq Intel i5	
2	内存: \geq 8G	
3	硬盘: \geq 4T	
4	固态硬盘: \geq 256G	
5	显卡: \geq 2G	
6	显示器: \geq 24 寸 无边框	
7	刻录: DVD 刻录	



